

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Zařízení pro přesné rozdělení výchozího sypkého materiálu do reprezentativních alikvótních dílů pro následné analýzy chemického složení

Požadované parametry

- laboratorní přístroj k umístění na stůl
- modulární konstrukce
- vibrační podavač pro rovnoměrné, kontinuální podávání a dávkování sypkých materiálů
- trychtýř pro žlábek pro dávkování materiálu o velikosti zrn min. 10 mm
- žlábek pro dávkování materiálu o velikosti zrn min. 10 mm
- plynule nastavitelný proud materiálu
- digitální nastavení času
- integrovaný stojan pro vibrační podavač
- velikost vstupních částic do děliče min. 10 mm
- plastová dělicí hlava s 8 vývody a rychloupínáním záchytných lahvíček
- 10 ks záchytných lahvíček
- kontrola a držení konstantních otáček
- včetně dopravy a instalace