

Příloha č. 1: Technická specifikace

Název: Zařízení pro stanovení obsahu a distribuce vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu (spacing factor)

Dodané zařízení musí umožňovat kompletní realizaci zkoušky a měření dle ČSN EN 480-11 (722325 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu).

System musí umožňovat minimálně stanovení:

- a) celkového obsahu vzduchových pórů v betonu
- b) měrného povrchu systému vzduchových pórů v betonu
- c) součinitele prostorového rozložení vzduchových pórů v betonu
- d) rozdělení velikostí vzduchových pórů v betonu
- e) obsahu mikroskopického vzduchových pórů

Zařízení musí být dodáno včetně brusky (leštičky) umožňující přípravu zkušební vzorku v souladu s požadavky výše uvedené ČSN EN 480-11.